Technisches Datenblatt

EN ISO 13485 certified

		EN ISO 13485 zertifiziert
Artikelnummer:	**04-043-0500**	**Version: 8**
Bemerkungen	**Passend für: 04-082-0000, 04-082-0350, 04-082-0550, 04-082-0650, 04-082-9050, 04-082-9056, 04-083-0096, 04-083-0150, 04-083-0640, 04-083-0650, 04-032-0500, 04-032-0550**	**Nur zum Einmalgebrauch**

Spezifikation

Produkt	Deckel für PCR-Reaktionsgefäß 0,1 ml & 0,2 ml PP, flach, 8er-Streifen, hochtransparent, np pcr ready max RCF 20.000g, autoklavierbar bis 121°C
Farbe	hochtransparent
Materialeigenschaft	Polypropylen (PP)
Temperaturbereich	-80°C - 121°C
Autoklavierbar	autoklavierbar bis 121°C
Zentrifugierung	max RCF 20.000g
Produkteigenschaften	biologisch inert
	physiologisch unbedenklich
	keine Schwermetalle gem. EC/94/62
	Lebensmittelkontakt: Rohstoff in Übereinstimmung mit der Verordnung EC 1935/2004
Reinheitsgrad	frei von PCR-Inhibitoren
	frei von humaner DNA und RNA
	frei von DNase und RNase
	frei von Pyrogenen
	frei von Endotoxinen
Verpackung	Stück per Beutel: 125
	Stück per Karton: 1.250
	Stück per Palette: 243.750
Lagerung	trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit
	Beutel / Kartons orig. verpackt
	Lagertemp. +2°C – max. +30°C
	Pal. nicht stapelbar
Freigegeben durch	**Nerbe Plus Qualitätsmanagement**

nerbe plus GmbH & Co. KG
Porschestr. 25
D-21423 Winsen/Luhe
Tel: +49 (0)4171 7849 0
Fax:+49 (0)4171 6 45 45

info@nerbe-plus.de
www.nerbe-plus.de
HRA Lüneburg 203240
USt.-ID: DE 32583 0652

Pers. haftende Gesellschafterin:
NERBE R&D GmbH, Winsen/Luhe
GF: Philipp J.F. Nerbe
HRB Lüneburg 208826

Deutsche Bank AG
Kto. 0204 41200
IBAN: DE41 2407 0075 0020 4412 00
SWIFT / BIC DEUTDE2H240

Hamburger Sparkasse
Kto. 1387 140831
IBAN: DE56 2005 0550 1387 1408 31
SWIFT / BIC HASPDEHHXXX