Technisches Datenblatt

EN ISO 13485 certified

		EN ISO 13485 zertifiziert
Artikelnummer:	**04-332-3000**	**Version: 6**
Bemerkungen	**durchstechbarer Deckel**	**Nur zum Einmalgebrauch**

Spezifikation

Produkt	Reaktionsgefäß PP, 0,5ml, angehängter Deckel, wärmebeständig, transparent, grad., Schreibfeld, np pcr ready, max RCF 20.000g, autoklavierbar bis 121°C
Farbe	transparent
Graduierung	grad., Schreibfeld
Nennvolumen	0,5ml
Materialeigenschaft	Polypropylen (PP)
Temperaturbereich	-80°C - 121°C
Autoklavierbar	autoklavierbar bis 121°C
Zentrifugierung	max RCF 20.000g
Produkteigenschaften	biologisch inert
	physiologisch unbedenklich
	dauerhaft einsetzbar bei Temperatur von 80 - 100 °C
Reinheitsgrad	frei von PCR-Inhibitoren
	frei von humaner DNA und RNA
	frei von DNase und RNase
	frei von Pyrogenen
	frei von Endotoxinen
Verpackung	Stück per Beutel: 200
	Stück per Karton: 5.000
	Stück per Palette: 240.000
Lagerung	trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit
	Beutel / Kartons orig. verpackt
	Lagertemp. +2°C – max. +30°C
	Pal. nicht stapelbar
Freigegeben durch Nerbe Plus Qualitätsmanagement	

nerbe plus GmbH & Co. KG
Porschestr. 25
D-21423 Winsen/Luhe
Tel: +49 (0)4171 7849 0
Fax:+49 (0)4171 6 45 45

info@nerbe-plus.de
www.nerbe-plus.de
HRA Lüneburg 203240
USt.-ID: DE 32583 0652

Pers. haftende Gesellschafterin:
NERBE R&D GmbH, Winsen/Luhe
GF: Philipp J.F. Nerbe
HRB Lüneburg 208826

Deutsche Bank AG
Kto. 0204 41200
IBAN: DE41 2407 0075 0020 4412 00
SWIFT / BIC DEUTDE2H240

Hamburger Sparkasse
Kto. 1387 140831
IBAN: DE56 2005 0550 1387 1408 31
SWIFT / BIC HASPDEHHXXX